

Gemäß Art. 52 Nr. 7 der EU-Verordnung EU 2017/745  
des Rates über Medizinprodukte (vom 05.04.2017) erklärt die

**SEGUFIX<sup>®</sup>-Bandagen,**  
**Das Humane System GmbH & Co. KG**  
(SRN: DE-MF-000027702),

hiermit verbindlich und in alleiniger Verantwortung, dass  
die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach  
Anhang I dieser Verordnung für folgendes Medizinprodukt erfüllt sind:

**Art. 6760**  
**SEGUFIX<sup>®</sup>-Beckengurt (mit Schnappverschluss)**

laut Preisliste 2022.  
Basis-UDI-DI = PP01531676040 / Risikoklasse = I

**Verwendungszweck:**

- Haltegurt für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle)
- Keine Fixierung, da Schnappverschluss
- zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.
- Schnappverschluss bis max. 70 kg belastbar

Es wurde das Konformitätsbewertungsverfahren nach den  
Anhängen II und III der EU-Verordnung EU 2017/745  
angewendet. Diese Erklärung gilt ab Ausstel-  
lungsdatum bis zum 12.12.2024.

Jesteburg, den 13.12.2022

Ausstellungsdatum



R. W. de Sánchez  
- Geschäftsleitung -

Gemäß Art. 52 Nr. 7 der EU-Verordnung EU 2017/745  
des Rates über Medizinprodukte (vom 05.04.2017) erklärt die

**SEGUFIX<sup>®</sup>-Bandagen,**  
**Das Humane System GmbH & Co. KG**  
(SRN: DE-MF-000027702),

hiermit verbindlich und in alleiniger Verantwortung, dass  
die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach  
Anhang I dieser Verordnung für folgendes Medizinprodukt erfüllt sind:

**Art. 6750**  
**SEGUFIX<sup>®</sup>-Multigurt Klett**

in den angebotenen Größen laut Preisliste 2022.  
Basis-UDI-DI = PP01531675039 / Risikoklasse = I

**Verwendungszweck:**

- Haltegurt als Sitzhilfe für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- auch für Tragen im Rettungsdienstbereich oder als Haltehilfe auf Duschstühlen
- Keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.
- der Klettverschluss muss mind. 250 mm überlappen

Es wurde das Konformitätsbewertungsverfahren nach den  
Anhängen II und III der EU-Verordnung EU 2017/745  
angewendet. Diese Erklärung gilt ab Ausstel-  
lungsdatum bis zum 12.12.2024.

Jesteburg, den 13.12.2022

Ausstellungsdatum



R. W. de Sánchez  
- Geschäftsleitung -